UTILISATION DES PANSEMENTS BRULSTOP

Les pansements BRULSTOP doivent être appliqués le plus précocément possible après constatation de la brûlure.

Leur action est triple :
_ protection
_ lutte contre la douleur par l'action de l'aquagel
_ refroidissement par absorption de la chaleur par l'aquagel et transfert à la compresse microporeuse.

Le refroidissement préalable par ruissellement d'eau n'est donc pas nécessaire (ceci étant, ce refroidissement par eau doit être toujours conseillé lors de la prise d'appel dans l'attente de l'arrivée des secours).

1- Avant de l'ouvrir, disperser le gel uniformément dans le sachet d'emballage (photo A),

2- Appliquer sur la surface brûlée comme une compresse stérile (manipulation stérile ou au minimum propre, taille adaptée permettant de déborder en zone saine, photos B+C),

3- Recouvrir d'un champ stérile (photo D+E),

3- Envelopper le brûlé dans une couverture isotherme afin de limiter l'hypothermie (photo F).

Références :
Lettre aux moniteurs n° 3 du comité pédagogique du SDIS 54 d'avril 2002
Mode d'emploi Brulstop (Ambu)

PROTOCOLE BRULSTOP

Photo A : disperser le gel dans le sachet

Photos B+C : appliquer sur la surface brûlée, stérilement et en débordant en zone saine

Photos D+E : recouvrir d'un champ stérile

Photo F : couverture isotherme